



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00012/2022**

Às 09:00 horas do dia 18 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto 343/2021 de 08/11/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 9/2022-012, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de instalação e locação de equipamento de Raio X, incluindo fornecimento de materiais e insumos, manutenção técnica preventiva e corretiva de Radiologia que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde Pública na UPA Mariguela, UPA Dr. Donato Sanova (UPA distrito), UPA Helder Camará (UPA Cidade nova), UPA Dr. Daniel Berg (UPA Icuí), Policlínica C. Nova VIII, Policlínica Águas Lindas da SESAU-PMA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1 - Grupo 1**

**Descrição:** Radiologia geral

**Descrição Complementar:** APARELHO DE RAIOS-X MÍNIMO DE 500 mA para Radiologia Geral; Comando e gerador de raios-X; Potência mínima: 30KW; Sistema de controle microprocessado; Pannel de membrana com teclas do tipo simples toque; Faixa de ajuste de KV de no mínima de: 40 a 125KV - com passos de 1KV; escala de mA mínima de 20 a 500 mA ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,002 a 06 segundos (ou maior); Faixa de mAs de no mínimo: 0,1 a 500 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica -220V/360V - 60Hz (Definido pela instituição),. Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 200 kg; com tampo com deslocamento flutuante e deslocamento longitudinal e Transversal. Grade antidifusora fixa 103 linhas / pol ou superior; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 200 cm em trilhos; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical mínimo de 120 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°...

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 48

**Valor Estimado:** R\$ 582.399,8400

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 432.000,0000 .

**Item: 2 - Grupo 1**

**Descrição:** Radiologia geral

**Descrição Complementar:** APARELHO DE RAIOS-X MOVEL DIGITAL IGUAL OU SUPERIOR a 400 mA: Conjunto radiológico móvel para exames radiológicos musculo esqueléticos, abdômen, órgãos internos, crânio, coluna, tórax, membros e extremidades no mínimo. Comando Gerador de alta frequência com banco capacitivo, monofásico ou bifásico 110/220 VAC automático, conectado na rede elétrica através de tomada padrão ABNT de 3 pinos, com comprimento de cabo de no mínimo 3 m. Com potência mínima de 32KW. Faixa de KV mínima de 40 KV a 125 KV, com passos de 1/10 KV, faixa de mA de 50 ou menor à 400 ou maior, tempo de exposição de 0,002s ou menor ou maior a 1s. e faixa de mAs de 0,1 a 100/320mAs. Pannel de comando de fácil acesso através de membrana ou similar. Deve possibilitar os ajustes de KV, mAs e mA no mínimo. Deve possuir botão de emergência. Disparador manual com cabo espiralado de alcance mínimo de 3 m. Tubo de raios x de anodo giratório com foco grosso de 1.3 mm ou menor e fino de 0.8 mm ou menor, rotação de no mínimo 3.000 RPM, a partir de 100 KHU anodo giratório. Colimador luminoso com rotação de +/-90° ou mais, com lâmpada led para maior durabilidade. Gabinete resistente, com peso máximo de até 240Kg,...

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 12

**Valor Estimado:** R\$ 103.599,9600

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 96.000,0000 .

**Item: 3 - Grupo 1**

**Descrição:** Radiologia geral

**Descrição Complementar:** DIGITALIZADOR DE IMAGENS TIPO CR: Sistema monocassete de mesa, para raios-x; sistema de digitalização de imagens de raio-x, de mesa, por placas de fosforo, com resolução de 10 pixel/mm em todos os tamanhos de cassetes de raio-x. resolução de escala de cinza 12 bits/pixel. Capacidade de processamento de 60 cassetes/hora no tamanho 35x43 cm. Console de operação, dedicado a revisão de imagens digitais de raios x. Serviços de envio de imagens ao servidor ou impressora padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagens. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo 04 Cassetes 35x43 cm, impressora com 1000 folhas no tamanho 20x25cm(Ou superior) e 1000 folhas no tamanho 25x30cm(Ou superior) mensalmente, Sistema de PACs (No mínimo 04 visualizações simultâneas) e Nobreak específico indicado pelo fabricante. (Apresentar Registros dos produtos validos na ANVISA)

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 72

**Valor Estimado:** R\$ 1.231.200,0000

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 810.000,0000 .

**Item: 4 - Grupo 1**

**Descrição:** Radiologia geral

**Descrição Complementar:** APARELHO DE RAIOS-X MÍNIMO DE 500 mA para Radiologia Geral; Comando e gerador de raios-X; Potência mínima: 30KW; Sistema de controle microprocessado; Pannel de membrana com teclas do tipo simples toque; Faixa de ajuste de KV de no mínima de: 40 a 125KV - com passos de 1KV; escala de mA mínima de 20 a 500 mA ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,002 a 06 segundos (ou maior); Faixa de mAs de no mínimo: 0,1 a 500 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica – monofásico 127V/220V – 60Hz, para rede de baixa potência de no máximo 10kVA,. Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 200 kg; com tampo com deslocamento flutuante e deslocamento longitudinal e Transversal. Grade antidifusora fixa 103 linhas / pol ou superior; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 200 cm em trilhos; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical mínimo de 120 cm; Rotação...

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 12

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Estimado:** R\$ 144.800,0400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Aceito para:** A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 108.000,0000 .

**Item: 5 - Grupo 1**

**Descrição:** Radiologia Geral

**Descrição Complementar:** SOFTWARE PACS: A licença opcional do PACs, permite ao usuário: - Armazenar imagens na estação de aquisição/PACS/Archive - Visualização Web em 15 pontos concorrentes - Capacidade de fazer backup programado - Armazenamento de imagens nos modos "para Processamento" e "para Apresentação" - Importar imagens - Fazer backup através de CD/DVD ou dispositivo USB, em formato JPEG ou DICOM - Acessar imagens de outras modalidades (CR, CT, MR e US) DICOM - Ferramentas ortopédicas avançadas de medição: Gonstead, Curvatura Cervical e Lombar, Goniometria, entre outros - Capacidade mínima para 150.000 exames ano Deve ser fornecido completo com servidor e nobreak.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 12

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Estimado:** R\$ 41.199,9600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,50

**Aceito para:** A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 35.400,0000 .

**Relação de Grupos**

**Grupo 1**

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 2.103.199,8000

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.481.400,0000 .

**Itens do grupo:**

- 1 - Radiologia geral
- 2 - Radiologia geral
- 3 - Radiologia geral
- 4 - Radiologia geral
- 5 - Radiologia Geral

**Histórico**

**Item: 1 - Grupo 1 - Radiologia geral**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
907.396.392-34	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	Não	Não	48	R\$ 11.526,6600	R\$ 553.279,6800	16/04/2022 13:27:08

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RAIOS-X MÍNIMO DE 500 mA para Radiologia Geral; Comando e gerador de raios-X; Potência mínima: 30KW; Sistema de controle microprocessado; Pannel de membrana com teclas do tipo simples toque; Faixa de ajuste de KV de no mínima de: 40 a 125KV - com passos de 1KV; escala de mA mínima de 20 a 500 mA ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,002 a 06 segundos (ou maior); Faixa de mAs de no mínimo: 0,1 a 500 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica – 220V/360V – 60Hz (Definido pela instituição),. Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 200 kg; com tampo com deslocamento flutuante e deslocamento longitudinal e Transversal. Grade antidifusora fixa 103 linhas / pol ou superior; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 200 cm em trilhos; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical mínimo de 120 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+150 ° a -150°); Mural Bucky Deslocamento padrão vertical mínimo de 150 cm; Freio Eletromagnético para posicionamento vertical; Grade antidifusora razão mínima 103 linhas / pol ou superior; distancia focal (100 a 180) cm; Bandeja possibilitando a entrada de chassis (13x18 a 35x43) cm; Unidade Selada; Cúpula com revestimento de

chumbo; Tubo de Raios-X de Anodo giratório imerso em óleo isolante; Potência mínima aproximada de 18/50KW; Rotação do Anodo de no mínimo 3.000 RPM; Focos fino de 1,0 mm (ou menor) e grosso de 2,0 mm (ou menor); Capacidade calórica mínima de 140 KHU. Colimador Manual Luminoso; Campo Luminoso ajustável indicando área a ser irradiada de no mínimo de 0x0 cm a 43x43 cm; Acionamento da lâmpada com temporizador eletrônico docampo luminoso; Garantia mínima: 12 (doze) meses integral; mão de obra, parte e peças, incluindo o tubo de raios-x. (Deverá Apresentar) Exigências: Registro do produto; BPF, importação e ou armazenamento, ambos Expedidos pela ANVISA/MS, em plena validade, AFE e licença sanitária do fabricante. Marca/modelo/fabricante SH 500F, SHR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. Procedencia Nacional.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

07.377.150/0001-68	A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	48	R\$ 12.000,0000	R\$ 576.000,0000	14/04/2022 14:52:00
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RAIOS-X MÍNIMO DE 500 mA para Radiologia Geral; Comando e gerador de raios-X; Potência mínima: 30KW; Sistema de controle microprocessado; Pannel de membrana com teclas do tipo simples toque; Faixa de ajuste de KV de no mínimo de: 40 a 150KV - com passos de 1KV; escala de mA mínima de 10 a 500 mA; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,002 a 6,30 segundos (ou maior); Faixa de, mAs de no mínimo: 0,1 a 500 mAs; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica -220V/360V - 60Hz (Trifásico),. Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 250 kg; com tampo com deslocamento flutuante e deslocamento longitudinal e Transversal. Grade antidifusora fixa 103 linhas / pol ou superior; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 250cm em trilhos; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical de 160 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação. Mural Bucky Deslocamento padrão vertical mínimo de 160 cm; Freio Eletromagnético para posicionamento vertical; Grade antidifusora razão mínima 103 linhas / pol ou superior; distancia focal até 180 cm; Bandeja possibilitando a entrada de chassis (13x18 a 35x43) cm; Unidade Selada; Cúpula com revestimento de chumbo; Tubo de Raios-X de Anodo giratório imerso em óleo isolante; Potência mínima aproximada de 18/50KW; Rotação do Anodo de no mínimo 3.300 RPM; Focos fino de 1,0 mm (ou menor) e grosso de 2,0 mm (ou menor); Capacidade calórica mínima de 140 KHU. Colimador Manual Luminoso; Campo Luminoso ajustável indicando área a ser irradiada de no mínimo de 0x0 cm a 43x43 cm; Acionamento da lâmpada com temporizador eletrônico do campo luminoso; Garantia mínima: 12 (doze) meses integral; mão de obra, parte e peças, incluindo o tubo de raios-x. MARCA: LOTUS MODELO: HF630M REGISTRO DO PRODUTO: 80123860005

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.060.578/0001-03	SOLUCAO MEDICA - EIRELI	Sim	Sim	48	R\$ 12.133,3300	R\$ 582.399,8400	14/04/2022 16:10:53
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RAIOS-X MÍNIMO DE 500 mA para Radiologia Geral; Comando e gerador de raios-X; Potência mínima: 30KW; Sistema de controle microprocessado; Pannel de membrana com teclas do tipo simples toque; Faixa de ajuste de KV de no mínima de: 40 a 125KV - com passos de 1KV; escala de mA mínima de 20 a 500 mA ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,002 a 06 segundos (ou maior); Faixa de mAs de no mínimo: 0,1 a 500 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica -220V/360V - 60Hz (Definido pela instituição),. Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 200 kg; com tampo com deslocamento flutuante e deslocamento longitudinal e Transversal. Grade antidifusora fixa 103 linhas / pol ou superior; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 200 cm em trilhos; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical mínimo de 120 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°...

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.351.445/0001-30	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS L	Não	Não	48	R\$ 12.133,3300	R\$ 582.399,8400	14/04/2022 16:36:49
--------------------	------------------------------------------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RAIOS-X MÍNIMO DE 500 mA para Radiologia Geral; Comando e gerador de raios-X; Potência mínima: 30KW; Sistema de controle microprocessado; Pannel de membrana com teclas do tipo simples toque; Faixa de ajuste de KV de no mínima de: 40 a 125KV - com passos de 1KV; escala de mA mínima de 20 a 500 mA ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,002 a 06 segundos (ou maior); Faixa de mAs de no mínimo: 0,1 a 500 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica -220V/360V - 60Hz (Definido pela instituição),. Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 200 kg; com tampo com deslocamento flutuante e deslocamento longitudinal e Transversal. Grade antidifusora fixa 103 linhas / pol ou superior; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 200 cm em trilhos; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical mínimo de 120 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+150 ° a -150°); Mural Bucky Deslocamento padrão vertical mínimo de 150 cm; Freio Eletromagnético para posicionamento vertical; Grade antidifusora razão mínima 103 linhas / pol ou superior; distancia focal (100 a 180) cm; Bandeja possibilitando a entrada de chassis (13x18 a 35x43) cm; Unidade Selada; Cúpula com revestimento de chumbo; Tubo de Raios-X de Anodo giratório imerso em óleo isolante; Potência mínima aproximada de 18/50KW; Rotação do Anodo de no mínimo 3.000 RPM; Focos fino de 1,0 mm (ou menor) e grosso de 2,0 mm (ou menor); Capacidade calórica mínima de 140 KHU. Colimador Manual Luminoso; Campo Luminoso ajustável indicando área a ser irradiada de no mínimo de 0x0 cm a 43x43 cm; Acionamento da lâmpada com temporizador eletrônico do campo luminoso; Garantia mínima: 12 (doze) meses integral; mão de obra, parte e peças, incluindo o tubo de raios-x. (Deverá Apresentar) Exigências: Registro do produto; BPF, importação e ou armazenamento, ambos expedidos pela ANVISA/MS, em plena validade, AFE e licença sanitária do fabricante. MODELO: cdk - DIAFIX HF 500mA MARCA: CDK REG. ANVISA: 8011961007 GARANTIA: 12 MESES PROCEDENCIA: IMPORTADO

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	48	R\$ 12.133,3300	R\$ 582.399,8400	14/04/2022 17:54:16
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RAIOS-X MÍNIMO DE 500 mA para Radiologia Geral; Comando e gerador de raios-X; Potência mínima: 30KW; Sistema de controle microprocessado; Pannel de membrana com teclas do tipo simples toque; Faixa de ajuste de KV de no mínima de: 40 a 125KV - com passos de 1KV; escala de mA mínima de 20 a 500 mA ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,002 a 06 segundos (ou maior); Faixa de mAs de no mínimo: 0,1 a 500 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital

de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica -220V/360V - 60Hz (Definido pela instituição),. Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 200 kg; com tampo com deslocamento flutuante e deslocamento longitudinal e Transversal. Grade antidifusora fixa 103 linhas / pol ou superior; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 200 cm em trilhos; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical mínimo de 120 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+150 ° a -150°); Mural Bucky Deslocamento padrão vertical mínimo de 150 cm; Freio Eletromagnético para posicionamento vertical; Grade antidifusora razão mínima 103 linhas / pol ou superior; distancia focal (100 a 180) cm; Bandeja possibilitando a entrada de chassis (13x18 a 35x43) cm; Unidade Selada; Cúpula com revestimento de chumbo; Tubo de Raios-X de Anodo giratório imerso em óleo isolante; Potência mínima aproximada de 18/50KW; Rotação do Anodo de no mínimo 3.000 RPM; Focos fino de 1,0 mm (ou menor) e grosso de 2,0 mm (ou menor); Capacidade calórica mínima de 140 KHU. Colimador Manual Luminoso; Campo Luminoso ajustável indicando área a ser irradiada de no mínimo de 0x0 cm a 43x43 cm; Acionamento da lâmpada com temporizador eletrônico do campo luminoso; Garantia mínima: 12 (doze) meses integral; mão de obra, parte e peças, incluindo o tubo de raios-x. (Deverá Apresentar) Exigências: Registro do produto; BPF, importação e ou armazenamento, ambos expedidos pela ANVISA/MS, em plena validade, AFE e licença sanitária do fabricante.

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.084.503/0001-02 M. F. DA S. Não Não 48 R\$ 13.346,6600 R\$ 640.639,6800 14/04/2022 16:39:58

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "APARELHO DE RAIOS- X MÍNIMO DE 500 mA para Radiologia Geral; Comando e gerador de raios-X; Potência mínima: 30KW; Sistema de controle microprocessado; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; Faixa de ajuste de KV de no mínima de: 40 a 125KV - com passos de 1KV; escala de mA mínima de 20 a 500mA; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,002 a 06 segundos (ou maior); Faixa de mAs de no mínimo: 0,1 a 500 mAs; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica - 220V/360V - 60Hz (Definido pela instituição), Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 200kg; com tampo com deslocamento flutuante e deslocamento longitudinal e Transversal. Grade antidifusora fixa 103 linhas/pol ou superior; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 200 cm em trilhos; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical mínimo de 120cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+150° a -150°); Mural Bucky Deslocamento padrão vertical mínimo de 150 cm; Freio Eletromagnético para posicionamento vertical; Grade antidifusora razão mínima 103 linhas/pol ou superior; distancia focal (100 a 180)cm; Bandeja possibilitando a entrada de chassis (13x18 a 35x43)cm; Unidade Selada; Cúpula com revestimento de chumbo; Tubo de Raios-X de Anodo giratório imerso em óleo isolante; Potência mínima aproximada de 18/50KW; Rotação do Anodo de no mínimo 3.000 RPM; Focos fino de 1,0 mm (ou menor) e grosso de 2,0mm (ou menor); Capacidade calórica mínima de 140 KHU. Colimador Manual Luminoso; Campo Luminoso ajustável indicando área a ser irradiada de no mínimo de 0x0 cm a 43x43cm; Acionamento da lâmpada com temporizador eletrônico do campo luminoso; Garantia mínima: 12( doze) meses integral; mão de obra, parte e peças, incluindo o tubo de raios- x. (Deverá Apresentar) Exigências: Registro do produto; BPF, importação e ou armazenamento, ambos expedidos pela ANVISA/MS, em plena validade, AFE e licença sanitária do fabricante. MODELO: DIAFIX HF DR"

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

03.369.991/0002-53 E.R. LISBOA Sim Sim 48 R\$ 100.000,0000 R\$ 4.800.000,0000 17/04/2022 21:23:53

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RAIOS-X MÍNIMO DE 500 mA para Radiologia Geral; Comando e gerador de raios-X; Potência mínima: 30KW; Sistema de controle microprocessado; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; Faixa de ajuste de KV de no mínima de: 40 a 125KV - com passos de 1KV; escala de mA mínima de 20 a 500 mA ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,002 a 06 segundos (ou maior); Faixa de mAs de no mínimo: 0,1 a 500 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica -220V/360V - 60Hz (Definido pela instituição),. Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 200 kg; com tampo com deslocamento flutuante e deslocamento longitudinal e Transversal. Grade antidifusora fixa 103 linhas / pol ou superior; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 200 cm em trilhos; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical mínimo de 120 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°...

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.800.000,0000	03.369.991/0002-53	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 640.639,6800	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 582.399,8400	21.060.578/0001-03	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 582.399,8400	05.351.445/0001-30	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 582.399,8400	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 576.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 553.279,6800	907.396.392-34	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 600.000,0000	03.369.991/0002-53	18/04/2022 09:12:15:073
R\$ 528.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:12:29:953
R\$ 595.000,0000	03.369.991/0002-53	18/04/2022 09:17:35:350
R\$ 489.984,0000	05.351.445/0001-30	18/04/2022 09:19:21:080
R\$ 525.000,0000	21.060.578/0001-03	18/04/2022 09:19:25:020
R\$ 509.758,8000	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:20:13:610
R\$ 500.000,0000	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:20:41:827
R\$ 504.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:21:33:570
R\$ 470.967,7300	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:22:40:707
R\$ 469.967,0000	907.396.392-34	18/04/2022 09:23:20:080
R\$ 480.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:23:40:433
R\$ 450.000,0000	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:24:03:323
R\$ 580.450,9600	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:24:26:113

R\$ 500.555,7600	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:25:30:997
R\$ 456.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:26:26:113
R\$ 455.000,0000	21.060.578/0001-03	18/04/2022 09:26:56:690
R\$ 432.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:28:40:253
R\$ 491.976,6700	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:30:25:717
R\$ 450.000,0000	05.351.445/0001-30	18/04/2022 09:30:31:743
R\$ 449.099,0000	907.396.392-34	18/04/2022 09:30:36:347
R\$ 490.834,2500	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:30:57:523
R\$ 490.815,4300	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:31:21:937

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	18/04/2022 13:03:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 450.000,0000.
Inabilitação de fornecedor	19/04/2022 12:01:16	Inabilitação da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 450.000,0000. Motivo: Senhores licitantes, a empresa classificada em primeiro lugar será inabilitada. Foi verificado que entre as documentações enviadas não constam o solicitado conforme itens 9.10.5; 9.11.1(incompleto); 6.4 do Termo de Referência. Será convocada a segunda colocada.
Aceite de proposta	20/04/2022 09:02:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 432.000,0000.
Habilitação de fornecedor	20/04/2022 09:06:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 432.000,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 2 - Grupo 1 - Radiologia geral**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
907.396.392-34	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	Não	Não	12	R\$ 8.201,6600	R\$ 98.419,9200	16/04/2022 13:27:08
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> APARELHO DE RAIOS-X MOVEL DIGITAL IGUAL OU SUPERIOR a 400 mA: Conjunto radiológico móvel para exames radiológicos musculo esqueléticos, abdômen, órgãos internos, crânio, coluna, tórax, membros e extremidades no mínimo. Comando Gerador de alta frequência com banco capacitivo, monofásico ou bifásico 110/220 VAC automático, conectado na rede elétrica através de tomada padrão ABNT de 3 pinos, com comprimento de cabo de no mínimo 3 m. Com potência mínima de 32KW. Faixa de KV mínima de 40 KV a 125 KV, com passos de 1/10 KV, faixa de mA de 50 ou menor à 400 ou maior, tempo de exposição de 0,002s ou menor ou maior a 1s. e faixa de mAs de 0,1 a 100/320mAs. Pannel de comando de fácil acesso através de membrana ou similar. Deve possibilitar os ajustes de KV, mAs e mA no mínimo. Deve possuir botão de emergência. Disparador manual com cabo espiralado de alcance mínimo de 3 m. Tubo de raios x de anodo giratório com foco grosso de 1.3 mm ou menor e fino de 0.8 mm ou menor, rotação de no mínimo 3.000 RPM, a partir de 100 KHU anodo giratório. Colimador luminoso com rotação de +/- 90° ou mais, com lâmpada led para maior durabilidade. Gabinete resistente, com peso máximo de até 240Kg, com freios manuais. Sistema mecânico ou motorizado com braço articulado com os seguintes movimentos mecânicos mínimos :elevação do braço com altura mínima do ponto focal em relação ao chão de 2,00 m. Giro do braço articulado, levantado, de no mínimo +/-45°, comprimento mínimo do braço articulado para alcance no paciente no leito de no mínimo 1,00 m, inclinação frontal do tubo de raios x de no mínimo -15° a +90°. Marca/Modelo/ Fabricante Aparelho Móvel para Raios-X Digital MOBILETT Elara Max, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.Procedencia Nacional							
<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
07.377.150/0001-68	A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 8.500,0000	R\$ 102.000,0000	14/04/2022 14:52:00
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> APARELHO DE RAIOS-X MOVEL DIGITAL 500 mA: Conjunto radiológico móvel para exames radiológicos musculo esqueléticos, abdômen, órgãos internos, crânio, coluna, tórax, membros e extremidades no mínimo. Comando Gerador de alta frequência com banco capacitivo, monofásico ou bifásico 110/220 VAC automático, conectado na rede elétrica através de tomada padrão ABNT de 3 pinos, com comprimento de cabo de no mínimo 5m. Com potência mínima de 32KW. Faixa de KV de 30 KV a 133 KV, com passos de 1 KV, faixa de mA de 20 à 500, tempo de exposição de 0,002s a 10s. e faixa de mAs de 0,08 a 320mAs. Pannel de comando de fácil acesso através de membrana ou similar. Deve possibilitar os ajustes de KV, mAs e mA no mínimo. Deve possuir botão de emergência. Disparador manual com cabo espiralado de alcance mínimo de 5m. Tubo de raios x de anodo giratório com foco grosso de 1.2mm e fino de 0.6 mm, rotação de no mínimo 3.600 RPM, a partir de 300 KHU anodo giratório. Colimador luminoso com rotação de +/-90° ou mais, com lâmpada led para maior durabilidade. Gabinete resistente, com peso de até 200Kg, com freios manuais. Sistema mecânico ou motorizado com braço articulado com os seguintes movimentos mecânicos mínimos: elevação do braço com altura mínima do ponto focal em relação ao chão de 2,25m. Giro do braço articulado, levantado, de no mínimo +/-45°, comprimento mínimo do braço articulado para alcance no paciente no leito de no mínimo 1,00 m, inclinação frontal do tubo de raios x de no mínimo -15° a +90°. MARCA: LOTUS MODELO: PEGASO MOVEL500 REGISTRO DO PRODUTO: 80123860006							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 8.559,5000	R\$ 102.714,0000	14/04/2022 17:54:16

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RAIOS-X MOVEL DIGITAL IGUAL OU SUPERIOR a 400 mA: Conjunto radiológico móvel para exames radiológicos musculo esqueléticos, abdômen, órgãos internos, crânio, coluna, tórax, membros e extremidades no mínimo. Comando Gerador de alta frequência com banco capacitivo, monofásico ou bifásico 110/220 VAC automático, conectado na rede elétrica através de tomada padrão ABNT de 3 pinos, com comprimento de cabo de no mínimo 3 m. Com potência mínima de 32KW. Faixa de KV mínima de 40 KV a 125 KV, com passos de 1/10 KV, faixa de mA de 50 ou menor à 400 ou maior, tempo de exposição de 0,002s ou menor ou maior a 1s. e faixa de mAs de 0,1 a 100/320mAs. Painel de comando de fácil acesso através de membrana ou similar. Deve possibilitar os ajustes de KV, mAs e mA no mínimo. Deve possuir botão de emergência. Disparador manual com cabo espiralado de alcance mínimo de 3 m. Tubo de raios x de anodo giratório com foco grosso de 1.3 mm ou menor e fino de 0.8 mm ou menor, rotação de no mínimo 3.000 RPM, a partir de 100 KHU anodo giratório. Colimador luminoso com rotação de +/-90° ou mais, com lâmpada led para maior durabilidade. Gabinete resistente, com peso máximo de até 240Kg, com freios manuais. Sistema mecânico ou motorizado com braço articulado com os seguintes movimentos mecânicos mínimos :elevação do braço com altura mínima do ponto focal em relação ao chão de 2,00 m. Giro do braço articulado, levantado, de no mínimo +/-45°, comprimento mínimo do braço articulado para alcance no paciente no leito de no mínimo 1,00 m, inclinação frontal do tubo de raios x de no mínimo -15° a +90°.

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.060.578/0001-03	SOLUCAO MEDICA - EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 8.633,3300	R\$ 103.599,9600	14/04/2022 16:10:53
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RAIOS-X MOVEL DIGITAL IGUAL OU SUPERIOR a 400 mA: Conjunto radiológico móvel para exames radiológicos musculo esqueléticos, abdômen, órgãos internos, crânio, coluna, tórax, membros e extremidades no mínimo. Comando Gerador de alta frequência com banco capacitivo, monofásico ou bifásico 110/220 VAC automático, conectado na rede elétrica através de tomada padrão ABNT de 3 pinos, com comprimento de cabo de no mínimo 3 m. Com potência mínima de 32KW. Faixa de KV mínima de 40 KV a 125 KV, com passos de 1/10 KV, faixa de mA de 50 ou menor à 400 ou maior, tempo de exposição de 0,002s ou menor ou maior a 1s. e faixa de mAs de 0,1 a 100/320mAs. Painel de comando de fácil acesso através de membrana ou similar. Deve possibilitar os ajustes de KV, mAs e mA no mínimo. Deve possuir botão de emergência. Disparador manual com cabo espiralado de alcance mínimo de 3 m. Tubo de raios x de anodo giratório com foco grosso de 1.3 mm ou menor e fino de 0.8 mm ou menor, rotação de no mínimo 3.000 RPM, a partir de 100 KHU anodo giratório. Colimador luminoso com rotação de +/-90° ou mais, com lâmpada led para maior durabilidade. Gabinete resistente, com peso máximo de até 240Kg,...

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.351.445/0001-30	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS L	Não	Não	12	R\$ 8.633,3300	R\$ 103.599,9600	14/04/2022 16:36:49
--------------------	---------------------------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RAIOS-X MOVEL DIGITAL IGUAL OU SUPERIOR a 400 mA: Conjunto radiológico móvel para exames radiológicos musculo esqueléticos, abdômen, órgãos internos, crânio, coluna, tórax, membros e extremidades no mínimo. Comando Gerador de alta frequência com banco capacitivo, monofásico ou bifásico 110/220 VAC automático, conectado na rede elétrica através de tomada padrão ABNT de 3 pinos, com comprimento de cabo de no mínimo 3 m. Com potência mínima de 32KW. Faixa de KV mínima de 40 KV a 125 KV, com passos de 1/10 KV, faixa de mA de 50 ou menor à 400 ou maior, tempo de exposição de 0,002s ou menor ou maior a 1s. e faixa de mAs de 0,1 a 100/320mAs. Painel de comando de fácil acesso através de membrana ou similar. Deve possibilitar os ajustes de KV, mAs e mA no mínimo. Deve possuir botão de emergência. Disparador manual com cabo espiralado de alcance mínimo de 3 m. Tubo de raios x de anodo giratório com foco grosso de 1.3 mm ou menor e fino de 0.8 mm ou menor, rotação de no mínimo 3.000 RPM, a partir de 100 KHU anodo giratório. Colimador luminoso com rotação de +/-90° ou mais, com lâmpada led para maior durabilidade. Gabinete resistente, com peso máximo de até 240Kg, com freios manuais. Sistema mecânico ou motorizado com braço articulado com os seguintes movimentos mecânicos mínimos :elevação do braço com altura mínima do ponto focal em relação ao chão de 2,00 m. Giro do braço articulado, levantado, de no mínimo +/-45°, comprimento mínimo do braço articulado para alcance no paciente no leito de no mínimo 1,00 m, inclinação frontal do tubo de raios x de no mínimo -15° a +90°. MODELO: cdk -MAG DYNAMIC C DIGITAL MARCA: CDK REG. ANVISA: 80119610011 GARANTIA: 12 MESES PROCEDENCIA: IMPORTADO APARELHO DE RAIOS-X MOVEL DIGITAL IGUAL OU SUPERIOR a 400 mA: Conjunto radiológico móvel para exames radiológicos musculo esqueléticos, abdômen, órgãos internos, crânio, coluna, tórax, membros e extremidades no mínimo. Comando Gerador de alta frequência com banco capacitivo, monofásico ou bifásico 110/220 VAC automático, conectado na rede elétrica através de tomada padrão ABNT de 3 pinos, com comprimento de cabo de no mínimo 3 m. Com potência mínima de 32KW. Faixa de KV mínima de 40 KV a 125 KV, com passos de 1/10 KV, faixa de mA de 50 ou menor à 400 ou maior, tempo de exposição de 0,002s ou menor ou maior a 1s. e faixa de mAs de 0,1 a 100/320mAs. Painel de comando de fácil acesso através de membrana ou similar. Deve possibilitar os ajustes de KV, mAs e mA no mínimo. Deve possuir botão de emergência. Disparador manual com cabo espiralado de alcance mínimo de 3 m. Tubo de raios x de anodo giratório com foco grosso de 1.3 mm ou menor e fino de 0.8 mm ou menor, rotação de no mínimo 3.000 RPM, a partir de 100 KHU anodo giratório. Colimador luminoso com rotação de +/-90° ou mais, com lâmpada led para maior durabilidade. Gabinete resistente, com peso máximo de até 240Kg, com freios manuais. Sistema mecânico ou motorizado com braço articulado com os seguintes movimentos mecânicos mínimos :elevação do braço com altura mínima do ponto focal em relação ao chão de 2,00 m. Giro do braço articulado, levantado, de no mínimo +/-45°, comprimento mínimo do braço articulado para alcance no paciente no leito de no mínimo 1,00 m, inclinação frontal do tubo de raios x de no mínimo -15° a +90°. MODELO: cdk -MAG DYNAMIC C DIGITAL MARCA: CDK REG. ANVISA: 80119610011 GARANTIA: 12 MESES PROCEDENCIA: IMPORTADO

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO EIRELI	Não	Não	12	R\$ 9.496,6600	R\$ 113.959,9200	14/04/2022 16:39:58
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "APARELHO DE RAIOS-X MOVEL DIGITAL IGUAL OU SUPERIOR a 400mA: Conjunto radiológico móvel para exames radiológicos musculo esqueléticos, abdômen, órgãos internos, crânio, coluna, tórax, membros e extremidades no mínimo. Comando Gerador de alta frequência com banco capacitivo, monofásico ou bifásico 110/220 VAC automático, conectado na rede elétrica através de tomada padrão ABNT de 3 pinos, com comprimento de cabo de no mínimo 3 m. Com potência mínima de 32KW. Faixa de KV mínima de 40 KV a 125 KV, com passos de 1/10 KV, faixa de mA de 50 ou menor à 400 ou maior, tempo de exposição de 0,002s ou menor ou maior a 1s. e faixa de mAs de 0,1 a 100/320mAs. Painel de comando de fácil acesso através de membrana ou similar. Deve possibilitar os ajustes de KV, mAs e mA no mínimo. Deve possuir botão de emergência. Disparador manual com cabo espiralado de alcance mínimo de 3 m. Tubo de raios x de anodo giratório com foco grosso de 1.3 mm ou menor e fino de 0.8 mm ou menor, rotação de no mínimo 3.000 RPM, a partir de 100 KHU anodo giratório. Colimador luminoso com rotação de +/-90° ou mais, com lâmpada led para maior durabilidade. Gabinete resistente, com peso máximo de até 240Kg, com freios manuais. Sistema mecânico ou motorizado com braço articulado com os seguintes movimentos mecânicos mínimos :elevação do braço com altura mínima do ponto focal em relação ao chão de 2,00 m. Giro do braço articulado, levantado, de no mínimo +/-45°, comprimento mínimo do braço articulado para alcance no paciente no leito de no mínimo 1,00 m, inclinação frontal do tubo de raios x de no mínimo -15° a +90°. MODELO: MAG DYNAMIC"

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PARELHO DE RAIOS-X MOVEL DIGITAL IGUAL OU SUPERIOR a 400 mA: Conjunto radiológico móvel para exames radiológicos musculoesqueléticos, abdômen, órgãos internos, crânio, coluna, tórax, membros e extremidades no mínimo. Comando Gerador de alta frequência com banco capacitivo, monofásico ou bifásico 110/220 VAC automático, conectado na rede elétrica através de tomada padrão ABNT de 3 pinos, com comprimento de cabo de no mínimo 3 m. Com potência mínima de 32KW. Faixa de KV mínima de 40 KV a 125 KV, com passos de 1/10 KV, faixa de mA de 50 ou menor à 400 ou maior, tempo de exposição de 0,002s ou menor ou maior a 1s. e faixa de mAs de 0,1 a 100/320mAs. Painel de comando de fácil acesso através de membrana ou similar. Deve possibilitar os ajustes de KV, mAs e mA no mínimo. Deve possuir botão de emergência. Disparador manual com cabo espiralado de alcance mínimo de 3 m. Tubo de raios x de anodo giratório com foco grosso de 1.3 mm ou menor e fino de 0.8 mm ou menor, rotação de no mínimo 3.000 RPM, a partir de 100 KHU anodo giratório. Colimador luminoso com rotação de +/-90° ou mais, com lâmpada led para maior durabilidade. Gabinete resistente, com peso máximo de até 240Kg,...

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200.000,0000	03.369.991/0002-53	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 113.959,9200	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 103.599,9600	21.060.578/0001-03	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 103.599,9600	05.351.445/0001-30	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 102.714,0000	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 102.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 98.419,9200	907.396.392-34	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 113.000,0000	03.369.991/0002-53	18/04/2022 09:15:21:267
R\$ 110.000,0000	03.369.991/0002-53	18/04/2022 09:17:04:260
R\$ 96.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:17:24:763
R\$ 95.000,0000	21.060.578/0001-03	18/04/2022 09:19:35:720
R\$ 91.505,7400	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:20:13:710
R\$ 84.996,0000	05.351.445/0001-30	18/04/2022 09:20:17:097
R\$ 90.000,0000	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:21:11:973
R\$ 84.995,0000	907.396.392-34	18/04/2022 09:23:32:820
R\$ 112.265,2100	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:24:25:960
R\$ 110.015,6400	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:25:30:950
R\$ 80.000,0000	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:26:15:723
R\$ 85.000,0000	21.060.578/0001-03	18/04/2022 09:27:09:533
R\$ 101.875,5300	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:30:25:903
R\$ 100.791,5700	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:30:57:503
R\$ 100.790,1900	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:31:21:963

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	18/04/2022 13:03:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 80.000,0000 e com valor negociado a R\$ 79.999,9200. Motivo: Negociação de valor
Inabilitação de fornecedor	19/04/2022 12:01:16	Inabilitação da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 80.000,0000. Motivo: Senhores licitantes, a empresa classificada em primeiro lugar será inabilitada. Foi verificado que entre as documentações enviadas não constam o solicitado conforme itens 9.10.5; 9.11.1(incompleto); 6.4 do Termo de Referência. Será convocada a segunda colocada.
Aceite de proposta	20/04/2022 09:02:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 96.000,0000.
Habilitação de fornecedor	20/04/2022 09:06:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 96.000,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 3 - Grupo 1 - Radiologia geral**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.377.150/0001-68	A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	72	R\$ 15.000,0000	R\$ 1.080.000,0000	14/04/2022 14:52:00

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DIGITALIZADOR DE IMAGENS TIPO CR: Sistema monocassete de mesa, para raios-x; sistema de digitalização de imagens de raio-x, de mesa, por placas de fosforo, com resolução de 10

pixel/mm em todos os tamanhos de cassetes de raio-x. resolução de escala de cinza 12 bits/pixel. Capacidade de processamento de 60 cassetes/hora no tamanho 35x43 cm. Console de operação, dedicado a revisão de imagens digitais de raios x. Serviços de envio de imagens ao servidor ou impressora padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagens. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo 04 Cassetes 35x43 cm, impressora com 1000 folhas no tamanho 20x25cm(Ou superior) e 1000 folhas no tamanho 25x30cm(Ou superior) mensalmente, Sistema de PACs (No mínimo 04 visualizações simultâneas) e Nobreak específico indicado pelo fabricante. MARCA: CARESTREAM MODELO: VITA FLEX 60, Dryview5700, Vue Pacs Mini. REGISTRO DO PRODUTO: 80378750024, 80378750032, 80378750005.

**Porte da empresa:** ME/EPP

907.396.392-34	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	Não	Não	72	R\$ 16.245,0000	R\$ 1.169.640,0000	16/04/2022 13:27:08
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DIGITALIZADOR DE IMAGENS TIPO CR: Sistema monocassete de mesa, para raios-x; sistema de digitalização de imagens de raio-x, de mesa, por placas de fosforo, com resolução de 10 pixel/mm em todos os tamanhos de cassetes de raio-x. resolução de escala de cinza 12 bits/pixel. Capacidade de processamento de 60 cassetes/hora no tamanho 35x43 cm. Console de operação, dedicado a revisão de imagens digitais de raios x. Serviços de envio de imagens ao servidor ou impressora padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagens. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo 04 Cassetes 35x43 cm, impressora com 1000 folhas no tamanho 20x25cm(Ou superior) e 1000 folhas no tamanho 25x30cm(Ou superior) mensalmente, Sistema de PACs (No mínimo 04 visualizações simultâneas) e Nobreak específico indicado pelo fabricante. (Apresentar Registros dos produtos validos na ANVISA). Marca/Modelo/ Fabricante Carestream Vita Flex 60 CR System, CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS Procedencia Nacional						
	<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
21.060.578/0001-03	SOLUCAO MEDICA - EIRELI	Sim	Sim	72	R\$ 17.100,0000	R\$ 1.231.200,0000	14/04/2022 16:10:53
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DIGITALIZADOR DE IMAGENS TIPO CR: Sistema monocassete de mesa, para raios-x; sistema de digitalização de imagens de raio-x, de mesa, por placas de fosforo, com resolução de 10 pixel/mm em todos os tamanhos de cassetes de raio-x. resolução de escala de cinza 12 bits/pixel. Capacidade de processamento de 60 cassetes/hora no tamanho 35x43 cm. Console de operação, dedicado a revisão de imagens digitais de raios x. Serviços de envio de imagens ao servidor ou impressora padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagens. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo 04 Cassetes 35x43 cm, impressora com 1000 folhas no tamanho 20x25cm(Ou superior) e 1000 folhas no tamanho 25x30cm(Ou superior) mensalmente, Sistema de PACs (No mínimo 04 visualizações simultâneas) e Nobreak específico indicado pelo fabricante. (Apresentar Registros dos produtos validos na ANVISA)						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
05.351.445/0001-30	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS L	Não	Não	72	R\$ 17.100,0000	R\$ 1.231.200,0000	14/04/2022 16:36:49
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DIGITALIZADOR DE IMAGENS TIPO CR: Sistema monocassete de mesa, para raios-x; sistema de digitalização de imagens de raio-x, de mesa, por placas de fosforo, com resolução de 10 pixel/mm em todos os tamanhos de cassetes de raio-x. resolução de escala de cinza 12 bits/pixel. Capacidade de processamento de 60 cassetes/hora no tamanho 35x43 cm. Console de operação, dedicado a revisão de imagens digitais de raios x. Serviços de envio de imagens ao servidor ou impressora padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagens. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo 04 Cassetes 35x43 cm, impressora com 1000 folhas no tamanho 20x25cm(Ou superior) e 1000 folhas no tamanho 25x30cm(Ou superior) mensalmente, Sistema de PACs (No mínimo 04 visualizações simultâneas) e Nobreak específico indicado pelo fabricante. (Apresentar Registros dos produtos validos na ANVISA) MODELO: Capsula XLII com 2 cassetes 35x43 e impressora Lite MARCA: FUJIFILM REG. ANVISA: 80022060053 GARANTIA:12 MESES PROCEDENCIA: IMPORTADO						
	<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	72	R\$ 17.100,0000	R\$ 1.231.200,0000	14/04/2022 17:54:16
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DIGITALIZADOR DE IMAGENS TIPO CR: Sistema monocassete de mesa, para raios-x; sistema de digitalização de imagens de raio-x, de mesa, por placas de fosforo, com resolução de 10 pixel/mm em todos os tamanhos de cassetes de raio-x. resolução de escala de cinza 12 bits/pixel. Capacidade de processamento de 60 cassetes/hora no tamanho 35x43 cm. Console de operação, dedicado a revisão de imagens digitais de raios x. Serviços de envio de imagens ao servidor ou impressora padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagens. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo 04 Cassetes 35x43 cm, impressora com 1000 folhas no tamanho 20x25cm(Ou superior) e 1000 folhas no tamanho 25x30cm(Ou superior) mensalmente, Sistema de PACs (No mínimo 04 visualizações simultâneas) e Nobreak específico indicado pelo fabricante. (Apresentar Registros dos produtos validos na ANVISA).						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO EIRELI	Não	Não	72	R\$ 18.810,0000	R\$ 1.354.320,0000	14/04/2022 16:39:58
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "DIGITALIZADOR DE IMAGENS TIPO CR: Sistema monocassete de mesa, para raios-x; sistema de digitalização de imagens de raio-x, de mesa, por placas de fosforo, com resolução de 10 pixel/mm em todos os tamanhos de cassetes de raio-x. resolução de escala de cinza 12 bits/pixel. Capacidade de processamento de 60 cassetes/hora no tamanho 35x43 cm. Console de operação, dedicado a revisão de imagens digitais de raios x. Serviços de envio de imagens ao servidor ou impressora padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagens. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo 04 Cassetes 35x43 cm, impressora com 1000 folhas no tamanho 20x25cm(Ou superior) e 1000 folhas no tamanho 25x30cm(Ou superior) mensalmente, Sistema de PACs (No mínimo 04 visualizações simultâneas) e Nobreak específico indicado pelo fabricante. (Apresentar Registros dos produtos validos na ANVISA) MODELO: CR CLASSIC"						
	<b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
03.369.991/0002-53	E.R. LISBOA	Sim	Sim	72	R\$ 100.000,0000	R\$ 7.200.000,0000	17/04/2022 21:23:53
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DIGITALIZADOR DE IMAGENS TIPO CR: Sistema monocassete de mesa, para raios-x; sistema de digitalização de imagens de raio-x, de mesa, por placas de fosforo, com resolução de 10 pixel/mm em todos os tamanhos de cassetes de raio-x. resolução de escala de cinza 12 bits/pixel. Capacidade de						

processamento de 60 cassetes/hora no tamanho 35x43 cm. Console de operação, dedicado a revisão de imagens digitais de raios x. Serviços de envio de imagens ao servidor ou impressora padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagens. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo 04 Cassetes 35x43 cm, impressora com 1000 folhas no tamanho 20x25cm(Ou superior) e 1000 folhas no tamanho 25x30cm(Ou superior) mensalmente, Sistema de PACs (No mínimo 04 visualizações simultâneas) e Nobreak específico indicado pelo fabricante. (Apresentar Registros dos produtos validos na ANVISA)

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.200.000,0000	03.369.991/0002-53	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 1.354.320,0000	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 1.231.200,0000	21.060.578/0001-03	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 1.231.200,0000	05.351.445/0001-30	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 1.231.200,0000	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 1.169.640,0000	907.396.392-34	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 1.080.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 1.300.000,0000	03.369.991/0002-53	18/04/2022 09:12:56:390
R\$ 1.200.000,0000	03.369.991/0002-53	18/04/2022 09:16:33:870
R\$ 999.900,0000	05.351.445/0001-30	18/04/2022 09:16:54:710
R\$ 1.008.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:18:35:700
R\$ 936.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:19:38:113
R\$ 930.000,0000	21.060.578/0001-03	18/04/2022 09:19:45:370
R\$ 983.303,1800	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:20:13:793
R\$ 864.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:20:23:867
R\$ 950.000,0000	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:20:41:847
R\$ 911.999,9900	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:22:08:390
R\$ 936.629,9900	05.351.445/0001-30	18/04/2022 09:22:19:703
R\$ 828.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:22:23:190
R\$ 905.032,2500	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:22:40:657
R\$ 827.000,0000	907.396.392-34	18/04/2022 09:23:46:613
R\$ 900.000,0000	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:24:02:977
R\$ 1.202.683,8000	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:24:25:990
R\$ 902.090,9800	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:25:30:813
R\$ 877.960,9900	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:26:41:827
R\$ 854.999,9900	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:28:56:457
R\$ 854.399,9900	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:30:24:847
R\$ 900.391,5500	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:30:25:687
R\$ 900.165,2500	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:30:57:577
R\$ 810.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:31:05:477
R\$ 836.399,9900	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:31:21:060
R\$ 900.164,7500	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:31:21:907

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	18/04/2022 13:03:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 836.399,9900 e com valor negociado a R\$ 836.399,5200. Motivo: Negociação de valor
Inabilitação de fornecedor	19/04/2022 12:01:16	Inabilitação da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 836.399,9900. Motivo: Senhores licitantes, a empresa classificada em primeiro lugar será inabilitada. Foi verificado que entre as documentações enviadas não constam o solicitado conforme itens 9.10.5; 9.11.1(incompleto); 6.4 do Termo de Referência. Será convocada a segunda colocada.
Aceite de proposta	20/04/2022 09:02:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 810.000,0000.
Habilitação de fornecedor	20/04/2022 09:06:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 810.000,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 4 - Grupo 1 - Radiologia geral

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
907.396.392-34	ADRIANA	Não	Não	12	R\$ 11.526,6600	R\$ 138.319,9200	16/04/2022

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RAIOS-X MÍNIMO DE 500 mA para Radiologia Geral; Comando e gerador de raios-X; Potência mínima: 30KW; Sistema de controle microprocessado; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; Faixa de ajuste de KV de no mínima de: 40 a 125KV - com passos de 1KV; escala de mA mínima de 20 a 500 mA ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,002 a 06 segundos (ou maior); Faixa de mAs de no mínimo: 0,1 a 500 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica – monofásico 127V/220V – 60Hz, para rede de baixa potência de no máximo 10kVA,. Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 200 kg; com tampo com deslocamento flutuante e deslocamento longitudinal e Transversal. Grade antidifusora fixa 103 linhas / pol ou superior; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassi de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 200 cm em trilhos; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical mínimo de 120 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+150 ° a -150°); Mural Bucky Deslocamento padrão vertical mínimo de 150 cm; Freio Eletromagnético para posicionamento vertical; Grade antidifusora razão mínima 103 linhas / pol ou superior; distancia focal (100 a 180) cm; Bandeja possibilitando a entrada de chassi (13x18 a 35x43) cm; Unidade Selada; Cúpula com revestimento de chumbo; Tubo de Raios-X de Anodo giratório imerso em óleo isolante Potência mínima aproximada de 18/50KW; Rotação do Anodo de no mínimo 3.000 RPM; Focos fino de 1,0 mm (ou menor) e grosso de 2,0 mm (ou menor); Capacidade calórica mínima de 140 KHU. Colimador Manual Luminoso; Campo Luminoso ajustável indicando área a ser irradiada de no mínimo de 0x0 cm a 43x43 cm; Acionamento da lâmpada com temporizador eletrônico do campo luminoso; Garantia mínima: 12 (doze) meses integral; mão de obra, parte e peças, incluindo o tubo de raios-x. (Deverá Apresentar) Exigências: Registro do produto; BPF, importação e ou armazenamento, ambos expedidos pela ANVISA/MS, em plena validade, AFE e licença sanitária do fabricante.Marca/Modelo/ Fabricante SH 500F, SHR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. Procedencia Nacional

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

07.377.150/0001-68	A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 12.000,0000	R\$ 144.000,0000	14/04/2022 14:52:00
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RAIOS-X MÍNIMO DE 500 mA para Radiologia Geral; Comando e gerador de raios-X; Potência mínima: 30KW; Sistema de controle microprocessado; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; Faixa de ajuste de KV de: 30 a 133KV - com passos de 1KV; escala de mA de 20 a 500 mA; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,002 a 10 segundos; Faixa de mAs de no mínimo: 0,08 a 500 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica – monofásico 127V/220V – 60Hz, para rede de baixa potência de no máximo 10kVA,. Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 200 kg; com tampo com deslocamento flutuante e deslocamento longitudinal e Transversal. Grade antidifusora fixa 103 linhas / pol ou superior; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassi de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 296cm em trilhos; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical mínimo de 143cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+150 ° a -150°); Mural Bucky Deslocamento padrão vertical mínimo de 159cm; Freio Eletromagnético para posicionamento vertical; Grade antidifusora razão mínima 103 linhas / pol ou superior; distancia focal (100 a 180) cm; Bandeja possibilitando a entrada de chassi (13x18 a 35x43) cm; Unidade Selada; Cúpula com revestimento de chumbo; Tubo de Raios-X de Anodo giratório imerso em óleo isolante; Potência mínima aproximada de 18/50KW; Rotação do Anodo de no mínimo 3.300 RPM; Focos fino de 1,0 mm (ou menor) e grosso de 2,0 mm (ou menor); Capacidade calórica mínima de 140 KHU. Colimador Manual Luminoso; Campo Luminoso ajustável indicando área a ser irradiada de no mínimo de 0x0 cm a 43x43 cm; Acionamento da lâmpada com temporizador eletrônico do campo luminoso; Garantia mínima: 12 (doze) meses integral; mão de obra, parte e peças, incluindo o tubo de raios-x. MARCA: LOTUS MODELO: PEGASO FIXO DX REGISTRO DO PRODUTO: 80123860007

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.060.578/0001-03	SOLUCAO MEDICA - EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 12.066,6700	R\$ 144.800,0400	14/04/2022 16:10:53
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RAIOS-X MÍNIMO DE 500 mA para Radiologia Geral; Comando e gerador de raios-X; Potência mínima: 30KW; Sistema de controle microprocessado; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; Faixa de ajuste de KV de no mínima de: 40 a 125KV - com passos de 1KV; escala de mA mínima de 20 a 500 mA ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,002 a 06 segundos (ou maior); Faixa de mAs de no mínimo: 0,1 a 500 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica – monofásico 127V/220V – 60Hz, para rede de baixa potência de no máximo 10kVA,. Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 200 kg; com tampo com deslocamento flutuante e deslocamento longitudinal e Transversal. Grade antidifusora fixa 103 linhas / pol ou superior; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassi de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 200 cm em trilhos; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical mínimo de 120 cm; Rotação..

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.351.445/0001-30	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS L	Não	Não	12	R\$ 12.066,6700	R\$ 144.800,0400	14/04/2022 16:36:49
--------------------	------------------------------------------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RAIOS-X MÍNIMO DE 500 mA para Radiologia Geral; Comando e gerador de raios-X; Potência mínima: 30KW; Sistema de controle microprocessado; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; Faixa de ajuste de KV de no mínima de: 40 a 125KV - com passos de 1KV; escala de mA mínima de 20 a 500 mA ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,002 a 06 segundos (ou maior); Faixa de mAs de no mínimo: 0,1 a 500 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica – monofásico 127V/220V – 60Hz, para rede de baixa potência de no máximo 10kVA,. Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 200 kg; com tampo com deslocamento flutuante e deslocamento longitudinal e Transversal. Grade antidifusora fixa 103 linhas / pol ou superior; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassi de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 200 cm em trilhos; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical mínimo de 120 cm; Rotação..

radiotransparente com capacidade de carga mínima de 200 kg; com tampo com deslocamento flutuante e deslocamento longitudinal e Transversal. Grade antidifusora fixa 103 linhas / pol ou superior; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 200 cm em trilhos; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical mínimo de 120 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+150 ° a -150°); Mural Bucky Deslocamento padrão vertical mínimo de 150 cm; Freio Eletromagnético para posicionamento vertical; Grade antidifusora razão mínima 103 linhas / pol ou superior; distancia focal (100 a 180) cm; Bandeja possibilitando a entrada de chassis (13x18 a 35x43) cm; Unidade Selada; Cúpula com revestimento de chumbo; Tubo de Raios-X de Anodo giratório imerso em óleo isolante; Potência mínima aproximada de 18/50KW; Rotação do Anodo de no mínimo 3.000 RPM; Focos fino de 1,0 mm (ou menor) e grosso de 2,0 mm (ou menor); Capacidade calórica mínima de 140 KHU. Colimador Manual Luminoso; Campo Luminoso ajustável indicando área a ser irradiada de no mínimo de 0x0 cm a 43x43 cm; Acionamento da lâmpada com temporizador eletrônico do campo luminoso; Garantia mínima: 12 (doze) meses integral; mão de obra, parte e peças, incluindo o tubo de raios-x. (Deverá Apresentar) Exigências: Registro do produto; BPF, importação e ou armazenamento, ambos expedidos pela ANVISA/MS, em plena validade, AFE e licença sanitária do fabricante. MODELO: cdk - DIAFIX HF 500mA MARCA: CDK REG. ANVISA: 8011961007 GARANTIA: 12 MESES PROCEDENCIA: IMPORTADO

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 12.066,6700	R\$ 144.800,0400	14/04/2022 17:54:16
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RAIOS-X MÍNIMO DE 500 mA para Radiologia Geral; Comando e gerador de raios-X; Potência mínima: 30KW; Sistema de controle microprocessado; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; Faixa de ajuste de KV de no mínima de: 40 a 125KV - com passos de 1KV; escala de mA mínima de 20 a 500 mA ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,002 a 06 segundos (ou maior); Faixa de mAs de no mínimo: 0,1 a 500 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica - monofásico 127V/220V - 60Hz, para rede de baixa potência de no máximo 10kVA,. Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 200 kg; com tampo com deslocamento flutuante e deslocamento longitudinal e Transversal. Grade antidifusora fixa 103 linhas / pol ou superior; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 200 cm em trilhos; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical mínimo de 120 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+150 ° a -150°); Mural Bucky Deslocamento padrão vertical mínimo de 150 cm; Freio Eletromagnético para posicionamento vertical; Grade antidifusora razão mínima 103 linhas / pol ou superior; distancia focal (100 a 180) cm; Bandeja possibilitando a entrada de chassis (13x18 a 35x43) cm; Unidade Selada; Cúpula com revestimento de chumbo; Tubo de Raios-X de Anodo giratório imerso em óleo isolante; Potência mínima aproximada de 18/50KW; Rotação do Anodo de no mínimo 3.000 RPM; Focos fino de 1,0 mm (ou menor) e grosso de 2,0 mm (ou menor); Capacidade calórica mínima de 140 KHU. Colimador Manual Luminoso; Campo Luminoso ajustável indicando área a ser irradiada de no mínimo de 0x0 cm a 43x43 cm; Acionamento da lâmpada com temporizador eletrônico do campo luminoso; Garantia mínima: 12 (doze) meses integral; mão de obra, parte e peças, incluindo o tubo de raios-x. (Deverá Apresentar) Exigências: Registro do produto; BPF, importação e ou armazenamento, ambos expedidos pela ANVISA/MS, em plena validade, AFE e licença sanitária do fabricante.

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO EIRELI	Não	Não	12	R\$ 13.273,3400	R\$ 159.280,0800	14/04/2022 16:39:58
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "APARELHO DE RAIOS- X MÍNIMO DE 500 m A para Radiologia Geral; Comando e gerador de raios-X; Potência mínima: 30KW; Sistema de controle microprocessado; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; Faixa de ajuste de KV de no mínima de: 40 a 125KV - com passos de 1KV; escala de mA mínima de 20 a 500 mA ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,002 a 06 segundos (ou maior); Faixa de mAs de no mínimo: 0,1 a 500 mAs; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica - monofásico 127V/220V - 60Hz, para rede de baixa potência de no máximo 10kVA,. Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 200 kg; com tampo com deslocamento flutuante e deslocamento longitudinal e Transversal. Grade antidifusora fixa 103 linhas / pol ou superior; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 200 cm em trilhos; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical mínimo de 120 cm; Rotação do conjunto Colimador de 90°, 180° e 270°; Freios eletromagnéticos com acionamento por botoeira no painel junto ao tubo; Indicação de angulação do tubo tipo por gravidade de (+150 ° a -150°); Mural Bucky Deslocamento padrão vertical mínimo de 150 cm; Freio Eletromagnético para posicionamento vertical; Grade antidifusora razão mínima 103 linhas / pol ou superior; distancia focal (100 a 180) cm; Bandeja possibilitando a entrada de chassis (13x18 a 35x43) cm; Unidade Selada; Cúpula com revestimento de chumbo; Tubo de Raios-X de Anodo giratório imerso em óleo isolante; Potência mínima aproximada de 18/50KW; Rotação do Anodo de no mínimo 3.000 RPM; Focos fino de 1,0 mm (ou menor) e grosso de 2,0 mm (ou menor); Capacidade calórica mínima de 140 KHU. Colimador Manual Luminoso; Campo Luminoso ajustável indicando área a ser irradiada de no mínimo de 0x0 cm a 43x43 cm; Acionamento da lâmpada com temporizador eletrônico do campo luminoso; Garantia mínima: 12 (doze) meses integral; mão de obra, parte e peças, incluindo o tubo de raios- x. (Deverá Apresentar) Exigências: Registro do produto; BPF, importação e ou armazenamento, ambos expedidos pela ANVISA/MS, em plena validade, AFE e licença sanitária do fabricante. MODELO: DIAFIX HF DR"

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

03.369.991/0002-53	E.R. LISBOA	Sim	Sim	12	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	17/04/2022 21:23:53
--------------------	-------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE RAIOS-X MÍNIMO DE 500 mA para Radiologia Geral; Comando e gerador de raios-X; Potência mínima: 30KW; Sistema de controle microprocessado; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; Faixa de ajuste de KV de no mínima de: 40 a 125KV - com passos de 1KV; escala de mA mínima de 20 a 500 mA ; Seleção automática de focos fino/grosso; Tempo de exposição mínimo: 0,002 a 06 segundos (ou maior); Faixa de mAs de no mínimo: 0,1 a 500 mAs ; Indicação de Parâmetros/Funções no display digital de no mínimo Kv, mA e mAs; Alimentação elétrica - monofásico 127V/220V - 60Hz, para rede de baixa potência de no máximo 10kVA,. Mesa Fixa com tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de carga mínima de 200 kg; com tampo com deslocamento flutuante e deslocamento longitudinal e Transversal. Grade antidifusora fixa 103 linhas / pol ou superior; Freios eletromagnéticos; Bandeja possibilitando a autocentralização de chassis de 13x18 cm a 35x43 cm; Estativa Porta tubo: Tipo chão/teto ou chão-chão: deslocamento horizontal (longitudinal) mínimo de 200 cm em trilhos; Braço porta-tubo: Deslocamento vertical mínimo de 120 cm; Rotação...

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200.000,0000	03.369.991/0002-53	18/04/2022 09:00:01:080

R\$ 159.280,0800	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 144.800,0400	05.351.445/0001-30	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 144.800,0400	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 144.800,0400	21.060.578/0001-03	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 144.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 138.319,9200	907.396.392-34	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 132.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:13:39:077
R\$ 150.000,0000	03.369.991/0002-53	18/04/2022 09:16:00:917
R\$ 130.000,0000	21.060.578/0001-03	18/04/2022 09:19:54:953
R\$ 105.305,7700	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:20:13:733
R\$ 120.000,0000	05.351.445/0001-30	18/04/2022 09:20:55:053
R\$ 100.000,0000	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:21:12:013
R\$ 110.155,9900	05.351.445/0001-30	18/04/2022 09:21:51:560
R\$ 120.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:24:28:277
R\$ 99.999,5000	907.396.392-34	18/04/2022 09:24:47:633
R\$ 100.409,5100	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:25:36:050
R\$ 85.000,0000	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:25:59:660
R\$ 108.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:27:06:130
R\$ 115.000,0000	21.060.578/0001-03	18/04/2022 09:28:34:600
R\$ 94.393,3500	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:30:57:547
R\$ 94.392,6600	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:31:21:877

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	18/04/2022 13:03:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 85.000,0000 e com valor negociado a R\$ 84.999,9600. Motivo: Negociação de valor
Inabilitação de fornecedor	19/04/2022 12:01:16	Inabilitação da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 85.000,0000. Motivo: Senhores licitantes, a empresa classificada em primeiro lugar será inabilitada. Foi verificado que entre as documentações enviadas não constam o solicitado conforme itens 9.10.5; 9.11.1(incompleto); 6.4 do Termo de Referência. Será convocada a segunda colocada.
Aceite de proposta	20/04/2022 09:02:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 108.000,0000.
Habilitação de fornecedor	20/04/2022 09:06:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 108.000,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 5 - Grupo 1 - Radiologia Geral**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.377.150/0001-68	A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 3.000,0000	R\$ 36.000,0000	14/04/2022 14:52:00
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFTWARE PACS: A licença opcional do PACs, permite ao usuário: - Armazenar imagens na estação de aquisição/PACS/Archive - Visualização Web em 15 pontos concorrentes - Capacidade de fazer backup programado - Armazenamento de imagens nos modos "para Processamento" e "para Apresentação" - Importar imagens - Fazer backup através de CD/DVD ou dispositivo USB, em formato JPEG ou DICOM - Acessar imagens de outras modalidades (CR, CT, MR e US) DICOM - Ferramentas ortopédicas avançadas de medição: Gonstead, Curvatura Cervical e Lombar, Goniometria, entre outros - Capacidade mínima para 150.000 exames ano Deve ser fornecido completo com servidor e nobreak MARCA: CARESTREAM MODELO:Vue Pacs REGISTRO DO PRODUTO: 80378750005. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
21.060.578/0001-03	SOLUCAO MEDICA - EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 3.433,3300	R\$ 41.199,9600	14/04/2022 16:10:53
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SOFTWARE PACS: A licença opcional do PACs, permite ao usuário: - Armazenar imagens na estação de aquisição/PACS/Archive - Visualização Web em 15 pontos concorrentes - Capacidade de fazer backup programado - Armazenamento de imagens nos modos "para Processamento" e "para Apresentação" - Importar imagens - Fazer backup através de CD/DVD ou dispositivo USB, em formato JPEG ou DICOM - Acessar imagens de outras modalidades (CR, CT, MR e US) DICOM - Ferramentas ortopédicas avançadas de medição: Gonstead, Curvatura Cervical e Lombar, Goniometria, entre outros - Capacidade mínima para 150.000 exames ano Deve ser fornecido completo com servidor e nobreak. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
05.351.445/0001-30	REGIONAL BELEM	Não	Não	12	R\$ 3.433,3300	R\$ 41.199,9600	14/04/2022 16:36:49

DISTRIBUIDORA  
DE PRODUTOS  
RADIOLOGICOS  
L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFTWARE PACS: A licença opcional do PACs, permite ao usuário: - Armazenar imagens na estação de aquisição/PACS/Archive - Visualização Web em 15 pontos concorrentes - Capacidade de fazer backup programado - Armazenamento de imagens nos modos "para Processamento" e "para Apresentação" - Importar imagens - Fazer backup através de CD/DVD ou dispositivo USB, em formato JPEG ou DICOM - Acessar imagens de outras modalidades (CR, CT, MR e US) DICOM - Ferramentas ortopédicas avançadas de medição: Gonstead, Curvatura Cervical e Lombar, Goniometria, entre outros - Capacidade mínima para 150.000 exames ano Deve ser fornecido completo com servidor e nobreak. MODELO: SOFTWARE PACS MARCA: SOFTWARE PACS REG. ANVISA: GARANTIA: 12 MESES

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 3.433,3300	R\$ 41.199,9600	14/04/2022 17:54:16
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFTWARE PACS: A licença opcional do PACs, permite ao usuário: - Armazenar imagens na estação de aquisição/PACS/Archive - Visualização Web em 15 pontos concorrentes - Capacidade de fazer backup programado - Armazenamento de imagens nos modos para Processamento e para Apresentação - Importar imagens - Fazer backup através de CD/DVD ou dispositivo USB, em formato JPEG ou DICOM - Acessar imagens de outras modalidades (CR, CT, MR e US) DICOM - Ferramentas ortopédicas avançadas de medição: Gonstead, Curvatura Cervical e Lombar, Goniometria, entre outros - Capacidade mínima para 150.000 exames ano Deve ser fornecido completo com servidor e nobreak.

**Porte da empresa:** ME/EPP

907.396.392-34	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	Não	Não	12	R\$ 3.433,3300	R\$ 41.199,9600	16/04/2022 13:27:08
----------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFTWARE PACS: A licença opcional do PACs, permite ao usuário: - Armazenar imagens na estação de aquisição/PACS/Archive - Visualização Web em 15 pontos concorrentes - Capacidade de fazer backup programado - Armazenamento de imagens nos modos "para Processamento" e "para Apresentação" - Importar imagens - Fazer backup através de CD/DVD ou dispositivo USB, em formato JPEG ou DICOM - Acessar imagens de outras modalidades (CR, CT, MR e US) DICOM - Ferramentas ortopédicas avançadas de medição: Gonstead, Curvatura Cervical e Lombar, Goniometria, entre outros - Capacidade mínima para 150.000 exames ano Deve ser fornecido completo com servidor e nobreak. Marca/Modelo/ Fabricante ME/CLOUD. Procedencia Nacional

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO EIRELI	Não	Não	12	R\$ 3.776,6600	R\$ 45.319,9200	14/04/2022 16:39:58
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "SOFTWARE PACS: A licença opcional do PACs, permite ao usuário: - Armazenar imagens na estação de aquisição/PACS/Archive, - Visualização Web em 15 pontos concorrentes - Capacidade de fazer backup programado, - Armazenamento de imagens nos modos "para Processamento" e "para Apresentação" , - Importar imagens, - Fazer backup através de CD/DVD ou dispositivo USB, em formato JPEG ou DICOM, - Acessar imagens de outras modalidades (CR, CT, MR e US) DICOM, - Ferramentas ortopédicas avançadas de medição: Gonstead, Curvatura Cervical e Lombar, Goniometria, entre outros, - Capacidade mínima para 150.000 exames ano Deve ser fornecido completo com servidor e nobreak. MODELOS: PACS LOCAL"

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

03.369.991/0002-53	E.R. LISBOA	Sim	Sim	12	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	17/04/2022 21:23:53
--------------------	-------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFTWARE PACS: A licença opcional do PACs, permite ao usuário: - Armazenar imagens na estação de aquisição/PACS/Archive - Visualização Web em 15 pontos concorrentes - Capacidade de fazer backup programado - Armazenamento de imagens nos modos "para Processamento" e "para Apresentação" - Importar imagens - Fazer backup através de CD/DVD ou dispositivo USB, em formato JPEG ou DICOM - Acessar imagens de outras modalidades (CR, CT, MR e US) DICOM - Ferramentas ortopédicas avançadas de medição: Gonstead, Curvatura Cervical e Lombar, Goniometria, entre outros - Capacidade mínima para 150.000 exames ano Deve ser fornecido completo com servidor e nobreak.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200.000,0000	03.369.991/0002-53	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 45.319,9200	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 41.199,9600	21.060.578/0001-03	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 41.199,9600	907.396.392-34	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 41.199,9600	05.351.445/0001-30	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 41.199,9600	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 36.000,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:00:01:080
R\$ 45.000,0000	03.369.991/0002-53	18/04/2022 09:14:06:390
R\$ 31.326,4300	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:20:13:767
R\$ 30.000,0000	29.187.032/0001-20	18/04/2022 09:20:41:873
R\$ 31.342,6900	05.351.445/0001-30	18/04/2022 09:21:40:843
R\$ 40.999,5000	907.396.392-34	18/04/2022 09:25:11:070
R\$ 40.036,7500	08.084.503/0001-02	18/04/2022 09:25:30:973
R\$ 35.400,0000	07.377.150/0001-68	18/04/2022 09:30:08:227

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de	18/04/2022	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-

proposta	13:03:58	20, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000.
Inabilitação de fornecedor	19/04/2022 12:01:16	Inabilitação da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000. Motivo: Senhores licitantes, a empresa classificada em primeiro lugar será inabilitada. Foi verificado que entre as documentações enviadas não constam o solicitado conforme itens 9.10.5; 9.11.1(incompleto); 6.4 do Termo de Referência. Será convocada a segunda colocada.
Aceite de proposta	20/04/2022 09:02:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 35.400,0000.
Habilitação de fornecedor	20/04/2022 09:06:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 35.400,0000.

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

## HISTÓRICO DO Grupo 1

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
07.377.150/0001-68	A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.938.000,0000	14/04/2022 14:52:00
907.396.392-34	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	Não	Não	-	R\$ 2.000.859,4800	16/04/2022 13:27:08
29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 2.102.313,8400	14/04/2022 17:54:16
21.060.578/0001-03	SOLUCAO MEDICA - EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 2.103.199,8000	14/04/2022 16:10:53
05.351.445/0001-30	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS L	Não	Não	-	R\$ 2.103.199,8000	14/04/2022 16:36:49
08.084.503/0001-02	M. F. DA S. FRANCO EIRELI	Não	Não	-	R\$ 2.313.519,6000	14/04/2022 16:39:58
03.369.991/0002-53	E.R. LISBOA	Sim	Sim	-	R\$ 15.600.000,0000	17/04/2022 21:23:53

## Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	18/04/2022 09:11:01	Item aberto para lances.
Encerramento	18/04/2022 09:33:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/04/2022 09:33:22	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 11:31:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2022 12:19:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/04/2022 12:21:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/04/2022 12:40:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68.
Registro de intenção de recurso	20/04/2022 09:08:29	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI CNPJ/CPF: 29187032000120. Motivo: Registramos nossa intenção de recurso contra a nossa desclassificação, e a habilitação da empresa vencedora, motivo pelo qual vamos relatar em nossa peça recursal obedecendo as leis vigentes. Pe
Registro de intenção de recurso	20/04/2022 09:14:12	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI CNPJ/CPF: 29187032000120. Motivo: Registramos nossa intenção de recurso contra a habilitação da empresa A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, por não ter cumprido o sub item 6.4 para o item 3 DIGITALIZADOR DE IMAGENS TIPO CR, nã
Registro de intenção de recurso	20/04/2022 09:24:22	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ADRIANA MIRANDA DA SILVA CNPJ/CPF: 90739639234 . Motivo: A empresa A imagem não apresentou documentos de constituição. A empresa apresentou apenas alterações sem consolidação. O mesmo pode ser comprovado na própria certidão . A habilitação da referida
Exclusão de intenção de recurso	20/04/2022 09:25:21	Exclusão de Intenção de Recurso. Fornecedor: ADRIANA MIRANDA DA SILVA CNPJ/CPF: 90739639234 .

Registro de intenção de recurso	20/04/2022 09:35:13	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS L CNPJ/CPF: 05351445000130. Motivo: Recorremos contra a habilitação da A IMAGEM, que ofereceu equipamento que não atende ao descritivo nos itens 01 (Tubo de Raio-x divergente) e item 03 onde o VITA FLE
Registro de intenção de recurso	20/04/2022 09:38:59	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ADRIANA MIRANDA DA SILVA CNPJ/CPF: 90739639234 . Motivo: A Empresa A Imagem não apresentou ato constitutivo , e as alterações do contrato social não contam consolidação. Descumprindo o item 9.8 do instrumento convocatório e seus sub itens.A empresa apr
Aceite de intenção de recurso	20/04/2022 09:51:17	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29187032000120.
Aceite de intenção de recurso	20/04/2022 09:51:47	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS L, CNPJ/CPF: 05351445000130.
Aceite de intenção de recurso	20/04/2022 09:52:09	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ADRIANA MIRANDA DA SILVA, CNPJ/CPF: 90739639234.

#### Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
907.396.392-34	20/04/2022 09:38	20/04/2022 09:52	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> A Empresa A Imagem não apresentou ato constitutivo , e as alterações do contrato social não contam consolidação. Descumprindo o item 9.8 do instrumento convocatório e seus sub itens.A empresa apresentou atestado de capacidade técnica da empresa Pandora sem as quantidades e definição do objeto de loção descumprindo as exigências editalícias da qualificação técnica e termo de referência. A empresa também não apresentou confirmação de assistência técnica de profissional da região.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.351.445/0001-30	20/04/2022 09:35	20/04/2022 09:51	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Recorremos contra a habilitação da A IMAGEM, que ofereceu equipamento que não atende ao descritivo nos itens 01 (Tubo de Raio-x divergente) e item 03 onde o VITA FLEX 60 não atende a capacidade de processamento de 60 cassetes/hora, não atendeu ao item 9.11.2 e 9.11.3 do edital, apresentou atestado incompatível com o objeto da licitação e sem quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.11.1.3, devendo ser inabilitada conforme item 9.17 do edital.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
29.187.032/0001-20	20/04/2022 09:14	20/04/2022 09:51	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Registramos nossa intenção de recurso contra a habilitação da empresa A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, por não ter cumprido o sub item 6.4 para o item 3 DIGITALIZADOR DE IMAGENS TIPO CR, não apresentou declaração com assitencia tecnica LOCAL, e contra a Inabilitação da nossa empresa, fatos esses que demosntraremos em nossa peça recursal. Pede-se Deferimento.			

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	18/04/2022 09:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 14:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/04/2022 09:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/04/2022 09:10:02	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/04/2022 09:11:01	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/04/2022 09:33:22	O item G1 está encerrado.
Sistema	18/04/2022 09:33:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	18/04/2022 10:13:27	Bom dia senhores licitantes, estamos analisando as propostas.
Pregoeiro	18/04/2022 11:19:47	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Senhor licitante, gostaríamos de negociar o valor para o lance ofertado para o LOTE ÚNICO. Tempo de 05 minutos para retorno de aceitação na negociação. Contamos com a agilidade em cumprir o prazo estipulado.
29.187.032/0001-20	18/04/2022 11:22:51	Bom dia
29.187.032/0001-20	18/04/2022 11:25:00	Prezados já estamos com nosso menor valor para o Lote 1 e dentro dos valores estimados.
Pregoeiro	18/04/2022 11:31:05	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Favor encaminhar proposta ATUALIZADA, conforme último lance ofertado para o LOTE. Será convocado via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta, conforme item 8.4 do edital.
Sistema	18/04/2022 11:31:24	Senhor fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	18/04/2022	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF:

	12:19:47	29.187.032/0001-20, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	18/04/2022 12:44:20	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Sr. Licitante foi verificado que o seu menor lance ofertado foi R\$ 1.481.399,99 e a sua proposta atualizada enviada possui o valor de R\$ 1.481,399,40, solicitamos confirmar o valor final.
29.187.032/0001-20	18/04/2022 12:45:54	Boa tarde Prezado(a)
29.187.032/0001-20	18/04/2022 12:49:48	um momento estamos verificando...
29.187.032/0001-20	18/04/2022 12:55:52	Confirmamos o valor final de nossa proposta de R\$ 1.481,399,40, pois alguns itens do lote resultaram no preço unitário com dízimas.
Pregoeiro	18/04/2022 13:07:28	Senhores licitantes, a partir deste instante, a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 9/2022-012 SESAU, será suspensa para análise da habilitação. Reabertura terça feira dia 19/04/2022 às 11:00hs.
Pregoeiro	19/04/2022 11:46:17	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Bom dia! Conforme item 9.17 "Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido no Edital e no Termo de Referência."
Pregoeiro	19/04/2022 11:46:56	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - - Deixou de apresentar: item 9.10.5 do Edital; o item 9.11.1 (não apresentou quanto ao item 03 da planilha de itens- Digitalizador de imagens tipo CR); não apresentou item 6.4 do Termo de Referência (6.4. Declaração do(s) fabricante(s) ou distribuidores autorizados indicando assistência técnica local ou na região metropolitana).
Pregoeiro	19/04/2022 11:47:28	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - -Após consulta aos manuais de cadastro na ANVISA das marcas e modelos dos equipamentos cotados verificou-se a incompatibilidade com o que foi solicitado em Edital, referentes aos itens 2 e 4 da planilha de itens.
Pregoeiro	19/04/2022 12:11:01	Para A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, gostaríamos de negociar o valor para o lance ofertado para o LOTE ÚNICO. Tempo de 05 minutos para retorno de aceitação na negociação. Contamos com a agilidade em cumprir o prazo estipulado.
07.377.150/0001-68	19/04/2022 12:14:35	Boa tarde Sr. Pregoeira. Nossa melhor oferta foi feita no período de lances, não temos margem para negociar. Obrigada pela compreensão
Pregoeiro	19/04/2022 12:19:53	Para A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Favor encaminhar proposta ATUALIZADA, conforme último lance ofertado para o LOTE. Será convocado via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta, conforme item 8.4 do edital.
Sistema	19/04/2022 12:21:30	Senhor fornecedor A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
07.377.150/0001-68	19/04/2022 12:21:50	Iremos providenciar. Obrigada
Sistema	19/04/2022 12:40:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.377.150/0001-68, enviou o anexo para o grupo G1.
07.377.150/0001-68	19/04/2022 12:41:22	Segue anexo. Estamos a disposição para qualquer duvida ou para diligencias necessárias.
Pregoeiro	19/04/2022 12:57:41	Senhores licitantes, a partir deste instante, a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 9/2022-012 SESAU, será suspensa para análise da habilitação. Reabertura quarta feira dia 20/04/2022 às 09:00hs.
Sistema	20/04/2022 09:06:38	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/04/2022 09:07:48	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/04/2022 às 09:48:00.

## Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	04/04/2022 11:43:34	
Abertura da sessão pública	18/04/2022 09:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	18/04/2022 09:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	18/04/2022 09:33:52	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	20/04/2022 09:06:38	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/04/2022 09:07:48	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/04/2022 às 09:48:00.

Data limite para registro de recurso: 26/04/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 29/04/2022.

Data limite para registro de decisão: 06/05/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:56 horas do dia 20 de abril de 2022, cuja ata foi

lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EMMILENE SEPEDA PEREIRA  
**Pregoeiro Oficial**

IONE MARIA DE OLIVEIRA MOURA  
**Equipe de Apoio**

KIGLEY NONATO DA ROCHA COLARES CAMARGO  
**Equipe de Apoio**

RAIMUNDO MONTEIRO POLL  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o  
**Relatório**

[Voltar](#)

